



ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การกำหนดรายการ ราคากลาง ข้อบ่งชี้การใช้งานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้านการแพทย์
และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ โดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ (๓) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การกำหนดรายการ ราคากลาง ข้อบ่งชี้การใช้งานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้านการแพทย์ และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พ.ศ.๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗ รายการ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(๒) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดรายการกายอุปกรณ์ ราคากลาง และคุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ จำนวน ๒๕ รายการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(๓) ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดรายการกายอุปกรณ์ ราคากลาง และคุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

โดยมีราย...

โดยมีรายละเอียดการกำหนดรายการ ราคาากลาง ข้อบ่งชี้การใช้งานและคุณลักษณะเฉพาะ
ของกายอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ จำนวน ๒๖ รายการ แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ไฉน/

(นางธัญพร มุ่งเจริญพร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

-บัญชีรายละเอียด-

การกำหนดรายการ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ด้านการแพทย์
และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๒๖ รายการ
แนบท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การกำหนด
รายการ ราคากลาง ข้อบ่งชี้การใช้งานและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ด้านการแพทย์ และกายอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ พ.ศ.๒๕๖๙ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
๑	เตียงเพาเวอร์ลอร์แบบ ๒ ไก	เตียง	22,000	
๒	เตียงเพาเวอร์ลอร์แบบ ๓ ไก	เตียง	33,000	
๓	นอนลมแบบลอน (ใหญ่)	อัน	10,000	
๔	รถเข็นชนิดนั่ง (ปรับข้าง)	คัน	7,500	
๕	เก้าอี้นั่งถ่าย	ตัว	3,000	
๖	รถเข็นแบบปรับนอนได้สำหรับผู้ใหญ่	คัน	15,000	
๗	ที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้	อัน	3,000	
๘	เครื่องผลิตออกซิเจน	เครื่อง	35,000	
๙	เครื่องควบคุมฉีดยาขนาดเล็ก	เครื่อง	25,000	
๑๐	เครื่องดูดเสมหะ	เครื่อง	8,000	
๑๑	เตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่	เตียง	45,000	
๑๒	รถเข็นชนิดนั่งสำหรับเด็ก (ปรับข้าง)	คัน	5,500	
๑๓	ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบ ปรับระดับได้ (ขนาดใหญ่,กลาง,เล็ก)	อัน	5,500	
๑๔	ถังออกซิเจนขนาด ๒ คิว พร้อมหัวเกจ และ รถเข็น	ถัง	6,600	
๑๕	ถังออกซิเจน ๖ คิว พร้อมหัวเกจ และรถเข็น	ถัง	12,800	
๑๖	รถเข็นช่วยเดิน	คัน	2,800	
๑๗	เครื่องช่วยหายใจแบบ (Non-Invasive พร้อม จอแสดงการหายใจ)	เครื่อง	120,000	
๑๘	เตียงฝึกยืนเด็กเล็ก (อายุ ๓-๗ ปี) มือหมุน	เตียง	35,000	
๑๙	โต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก	โต๊ะ	17,000	
๒๐	โต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่	โต๊ะ	17,000	
๒๑	เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา มีล้อ	เครื่อง	7,900	
๒๒	สเกิร์ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน	อัน	2,100	
๒๓	ชุดฝึกกิจกรรมบำบัดมือ	ชุด	8,500	
๒๔	โต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้	โต๊ะ	25,000	
๒๕	เข็มขัดช่วยพยุง	อัน	950	
๒๖	รถสามล้อโยก	คัน	6,000	

รายการราคากลางและข้อบ่งชี้การใช้งานอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง	ข้อบ่งชี้การใช้งาน
๑	เตียงเฟวเลอร์แบบ ๒ ไก	๒๒,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนบนเตียงเพื่อการรักษาหรือฟื้นฟูสภาพที่ต้องใช้เตียงปรับระดับหลัง ขาหรือเข่า
๒	เตียงเฟวเลอร์แบบ ๓ ไก	๓๓,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำเป็นต้องกลับไปพื้นที่บ้าน
๓	ที่นอนลมแบบลอน(ใหญ่)	๑๐,๐๐๐.-	ป้องกันแผลกดทับจากการนอนเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่แขนขาอ่อนแรงและน้ำหนักตัวมากเป็นพิเศษ
๔	รถเข็นชนิดนั่งปรับข้าง	๖,๙๐๐.-	ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลันที่ไม่สามารถพิจารณาความพิการได้
๕	เก้าอี้นั่งถ่าย	๓,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่า ข้อสะโพกและการทรงตัว
๖	รถเข็นแบบปรับนอนได้สำหรับผู้ใหญ่	๑๕,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่นั่งทรงตัวไม่ได้ ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางสมอง แขนขา ๒ ข้าง อ่อนแรง
๗	ที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้	๓,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัว กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง หรือเพิ่งได้รับการผ่าตัด
๘	เครื่องผลิตออกซิเจน	๓๕,๐๐๐.-	ผู้ป่วยระยะท้ายที่มีระบบหายใจบกพร่อง
๙	เครื่องควบคุมฉีดยาขนาดเล็ก	๒๕,๐๐๐.-	ผู้ป่วยระยะท้ายที่จำเป็นต้องได้รับยาลดปวด
๑๐	เครื่องดูดเสมหะ	๘,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีเสมหะมากและเป็นเรื้อรัง จำเป็นต้องดูดเสมหะเองที่บ้าน
๑๑	เตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่	๔๕,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ด้วยตนเอง
๑๒	รถเข็นชนิดนั่งสำหรับเด็ก (ปรับข้าง)	๕,๕๐๐.-	ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลันที่ไม่สามารถพิจารณาความพิการได้
๑๓	ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังแบบปรับระดับได้ (ขนาดใหญ่,กลาง,เล็ก)	๕,๕๐๐.-	ผู้ป่วยที่ทรงตัวได้บ้าง แต่มีปัญหาการก้าวขาไปข้างหน้า
๑๔	ถังออกซิเจนขนาด ๒ คิว พร้อมหัวแก๊สและรถเข็น	๖,๖๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน
๑๕	ถังออกซิเจนขนาด ๖ คิว พร้อมหัวแก๊สและรถเข็น	๑๒,๘๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน
๑๖	รถเข็นช่วยเดิน	๒,๘๐๐.-	ผู้ป่วยที่ยังมีกำลังขาและการทรงตัวระดับปานกลาง

/ลำดับ...

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง	ข้อบ่งชี้การใช้งาน
๑๗	เครื่องช่วยหายใจแบบ Non-Invasive พร้อมจอแสดงการหายใจ	๑๒๐,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวโดยไม่จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
๑๘	เตียงฝึกยืนเด็กเล็ก (อายุ ๓-๗ ปี) มือหมุน	๓๕,๐๐๐.-	ผู้ป่วยเด็กที่ต้องการฝึกยืน หรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว
๑๙	โต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก	๑๗,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขา หรือใช้ฝึกการควบคุมลำตัว
๒๐	โต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่	๑๗,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขา หรือใช้ฝึกการควบคุมลำตัว
๒๑	เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา มีล้อ	๗,๙๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัว กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง หรือมีอาการข้อเสื่อม
๒๒	สเกิร์ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน	๒,๑๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่อ่อนแรง
๒๓	ชุดฝึกกิจกรรมบำบัดมือ	๘,๕๐๐.-	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการใช้มือและนิ้ว
๒๔	โต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้	๒๕,๐๐๐.-	ผู้ป่วยนั่งรถเข็นหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
๒๕	เข็มขัดช่วยพยุง	๙๕๐.-	ผู้ป่วยที่มีการปวดหลัง กล้ามเนื้อหลังอักเสบ เพื่อช่วยประคองกระดูกสันหลัง
๒๖	รถสามล้อโยก	๖,๐๐๐.-	ผู้ป่วยที่มีความพิการทางขา ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไม่ได้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เตียงเฟิร์ลเลอร์แบบ 2 ไก

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ 2 ไก สามารถปรับหนักพียงและหัวเข้าได้ โดยใช้มือหมุน
คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความ
จำเป็นต้องใช้เตียงเฟิร์ลเลอร์แบบ 2 ไก สามารถนำไปใช้นอนพักผ่อนหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.เป็นเตียงผู้ป่วยแบบเฟิร์ลเลอร์
- 2.โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง เคลือบสีป้องกันสนิม และพ่นสีทับ หรือทำจาก
วัสดุที่ดีกว่ารับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัมขึ้นไป โดยไม่งอ
- 3.พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 1.1/4x1.2 มม. ดัดโค้งงอโดยไม่มี
รอยเชื่อมและบุด้วยแผ่นปาร์ติเกิ้ลและปิดแผ่นโฟมกำสัชาวทั้ง 2 ด้าน พนักเตียงสามารถถอดและ
พับได้
- 4.พื้นเตียงทำด้วยเหล็กสปริงหรือวัสดุที่ดีกว่า
- 5.มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพนักพิงหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ใน
ลักษณะขอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
- 6.มีล้อชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกอย่างน้อย 1 คู่
- 7.ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 900 x 200 x 600 เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน
หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยน
เตียงเฟิร์ลเลอร์แบบ 2 ไกใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เตียงเฟิร์ลเลอร์แบบ 3 ไก

ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ 3 ไก สามารถปรับหนักพียงและหัวเข้าได้ และปรับความสูง-ต่ำของเตียงโดยใช้มือหมุน คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่นานระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เตียงเฟิร์ลเลอร์แบบ 3 ไก สามารถนำไปใช้ในนอนพักฟื้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.เป็นเตียงผู้ป่วยแบบเฟิร์ลเลอร์
- 2.โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง เคลือบสีป้องกันสนิม และพ่นสีทึบ หรือทำจากวัสดุ ขที่ดีกว่ารับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัมขึ้นไป โดยไม่งอ
- 3.พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 1.1/4x1.2 มม ตัดโค้งงอโดยไม่มีรอยเชื่อมและบุด้วยแผ่นปาร์ติเกิ้ลและปิดแผ่นโฟมกำสัขาวทั้ง 2 ด้าน พนักเตียงสามารถถอดและพับได้
- 4.พื้นเตียงทำด้วยเหล็กสปริงหรือวัสดุที่ดีกว่า
- 5.มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพนักพิงหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
- 6.มีล้อยางชนิดมีลูกป็นหมุนได้รอบตัว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกอย่างน้อย 1 คู่
- 7.ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 900 x 200 x 600 เซนติเมตร
- 8.ปรับเตียงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร พร้อมระบบใช้ค (Gas spring) ช่วยดันเตียงยกขึ้นจำนวน 2 ตัว
- 9.ปรับเตียงต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร โดยเมื่อปรับต่ำสุดจะมีขา 4 ขา ค้ำยันเตียงให้ล้อลอยพ้นพื้นได้

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเตียงเพาว์เลอร์แบบ 3 ไกใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่นอนลมแบบลอน (ใหญ่)

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

ที่นอนลมสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับพร้อมอุปกรณ์ คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะฟิงฟิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่นอนลม ป้องกันแผลกดทับสามารถนำไปใช้รักษาต่อเนื่องที่บ้าน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.มีสวิตช์เปิด-ปิด และสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
- 3.มีสัญญาณไฟเตือนเมื่อแรงดันลมภายในที่นอนผิดปกติ
- 4.เครื่องปั๊มลมสามารถเปิดทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องพักเครื่อง
- 5.มีปุ่มปรับความดันลูกกลมเป็นตัวเลข เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ปรับได้ตั้งแต่ 400-100 mmHg
- 6.สามารถควบคุมความดันลมให้ลอนพอง-ยุบสลับกันได้
- 7.อัตราการไหลของลม ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร/นาที
- 8.เครื่องเดินเงียบ
- 9.ได้รับมาตรฐาน GMP,CE หรือ FDA

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนที่นอนลมแบบลอน (ใหญ่) ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถเข็นชนิดนั่ง (ปรับข้าง)

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

รถเข็นนั่งผู้ป่วย (ปรับข้าง) มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นชนิดนั่ง (ปรับข้าง) สามารถนำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์
2. เบาะนั่ง พนักพิงและที่วางแขน ทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์ เคลือบด้วย PVC อย่างดี
3. เบาะนั่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมีความสูงจากพื้นประมาณ 45-50 เซนติเมตร
4. ที่วางแขนสามารถถอดและพับข้างได้
5. มีสายรัดเอว เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
6. ที่วางเท้าทำด้วยไฟเบอร์ และสามารถพับขึ้น ปรับสูง-ต่ำได้ ขอบรอบเรียบไม่คมและสามารถหมุนเบี่ยงไปด้านข้างได้
7. ล้อหน้าเป็นล้อยางตัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
8. วงล้อหลังเป็นชนิดล้อซี่หรือล้อแม็กซ์ มีซี่ล้อไม่น้อยกว่า 36 ซี่ มีขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
9. มีระบบห้ามล้อ 2 ระบบ คือ 1) เป็นแบบ Linking pressure ชนิดผลักไปข้างหน้าแล้วล้อหยุดทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งติดอยู่ทั้ง 2 ข้างรถนั่ง และ 2) แบบ Wire break เป็นแบบมีสาย โดยมีตัวควบคุมเบรกอยู่ที่มือจับช่วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
10. สายรองรับนั่งทำจากผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC หรือ PC สามารถถอดออกได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนรถเข็นชนิดนั่ง (ปรับข้าง) ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เก้าอี้นั่งถ่าย

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เก้าอี้นั่งถ่าย มีถังพร้อมฝาปิด แบบไม่มีล้อ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สามารถ
นำไปใช้อำนวยความสะดวกในการขับถ่ายที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียมหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์
2. ที่นั่งทรงสี่เหลี่ยม
3. ปรับระดับสูง-ต่ำได้
4. ขนาดไม่น้อยกว่า 44 x 33 X 76 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง)
5. ถังทิ้งสิ่งปฏิกูลมีหูหิ้วและฝาปิด สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
6. ที่รองนั่งถ่ายทำจาก PVC สามารถถอดออกได้
7. น้ำหนักเก้าอี้ 5-10 กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน
หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยน
เก้าอี้นั่งถ่ายใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถเข็นแบบปรับนอนได้ สำหรับผู้ใหญ่

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

รถเข็นผู้ป่วยสามารถปรับนอนได้สำหรับผู้ใหญ่ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นแบบปรับนอนได้ สามารถนำไปใช้เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ผ่านกระบวนการชุบสี หรือพ่นสีฝุ่นหรือเคลือบขัดเงา
2. โครงสร้างของแกน X-bar เป็นประเภทโครงยึดรูปกากบาทคู่
3. เบาะนั่งทำจากหนังเทียม มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้นประมาณ 45-50 เซนติเมตร
4. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
5. พนักพิงหลังมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนรองหลังและที่พิงศีรษะ สามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ จนถึงเอนนอน 180 องศา มีกระเป๋าด้านหลังพร้อมฝาปิดติดด้วยตีนตุ๊กแก ที่พิงศีรษะสามารถถอดออกได้ และมีหมอนรองศีรษะสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
6. ที่วางแขนสามารถดึงถอดออกหรือโยกไปด้านหลังได้
7. แกนวางเท้าสามารถพับขึ้น ปรับระดับสูง-ต่ำ และหมุนเบี่ยงไปซ้ายขวาได้ บริเวณขอบโดยรอบไม่คม สามารถถอดออกได้
8. มีเบาะพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมหรือ PVC สำหรับรองรับบริเวณน่อง
9. ล้อเป็นล้อยางตันหรือชนิดเติมลม แข็งแรง วงบันล้อทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ PVC
10. มีเบรกข้างล้อทั้งสองข้าง ห้ามล้อเป็นแบบ linking pressure ชนิดผลักไปข้างหน้าแล้วล้อหยุดทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ ที่สามารถเลื่อนตำแหน่งเพื่อปรับระยะการสัมผัสระหว่างหน้าเบรกและผิวยาง ซึ่งติดอยู่ทั้ง 2 ข้างรถเข็น และปลายคันโยกต้องไม่สูงกว่าแนวแกนโครงที่นั่ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่มีผู้ใช้ขณะขับเคลื่อนรถ

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนรถต้นแบบปรึบนอนได้ สำหรับผู้ใหญ่ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้

ศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

ที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้ ชนิด 4 ขา แบบไม่มีล้อ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถนำไปใช้ฝึกเดินฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม
2. มีที่จับทำจาก PVC อย่างนุ่ม พร้อมจุกยางสามขา ทนทานป้องกันการลื่น
3. สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนที่ฝึกเดินแบบปรับระดับชนิด 4 ขา ได้ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องผลิตออกซิเจน

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมระบบฟั่นละอองยา คุณภาพสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอ สามารถนำไปใช้รักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้อง สำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน และมีความต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
- 2.ตัวเครื่องและฝาครอบเครื่องทำจากพลาสติกที่แข็งแรง ปลอดภัย
- 3.มีระบบวาล์วที่ป้องกันแรงดันเกิน
- 4.คอมเพรสเซอร์มีการป้องกันความร้อน
- 5.มีระบบส่งสัญญาณเตือนกรณีไฟขัดข้อง ความดันสูงหรือต่ำ
- 6.มีระบบฟั่นละอองยา สามารถต่อผ่านเครื่องผลิตออกซิเจนหรือแยกส่วน
- 7.ให้มาตรฐาน CE,ISO13485,FDA

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องผลิตออกซิเจนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องควบคุมฉีดยาขนาดเล็ก (Syringe Driver)

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เครื่องควบคุมฉีดยาขนาดเล็ก พกพาไปใช้งานที่ต่างๆ ได้ คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีความจำเป็นได้รับยาเพื่อควบคุมอาการรบกวน เช่น การให้ยาระงับปวด สามารถได้รับการรักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆได้
- 2.สามารถให้สารละลายแบบเป็นมิลลิลิตรต่อชั่วโมง
- 3.ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ชนิดใช้แล้วทิ้งหรือที่ดีกว่า

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องควบคุมฉีดยาขนาดเล็ก (Syringe Driver) ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เครื่องดูดเสมหะ

ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เครื่องดูดเสมหะชนิดใช้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะฟุ้งฟิง ที่มีความจำเป็นต้องดูดเสมหะหรือของเหลว สามารถได้รับการรักษาต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดมีหัวเคลื่อนย้ายได้ (portable) น้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก
- 2.ปั๊มสุญญากาศทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น
- 3.ออกแบบให้มีที่เก็บขวดของเหลวภายในตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุจากการหลุดร่วง หรือของเหลวหกกรณในขณะเคลื่อนย้ายหรือใช้งาน
- 4.มีระบบป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรีย และอุปกรณ์ป้องกันการล้นของเหลวเข้าตัวปั๊ม
- 5.สามารถปรับแรงดูดได้ มีมิเตอร์แสดงแรงดูด
- 6.ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
- 7.สามารถดูดด้วยอัตราเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อนาที
- 8.สามารถทำแรงดูดได้สูงสุดถึง 600 mmHg (4,135kPa) หรือมากกว่าและสามารถปรับแรงดูดได้พร้อมกับมาตรวัดแรงดูดขณะเครื่องทำงาน
- 9.Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
- 10.มีขนาดบรรจุของเหลว ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิดแบบมีลูกกลอยกันล้น สามารถถอดออกมาทำความสะอาดและนำกลับไปใช้ใหม่ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องดูดเสมหะใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่จำเป็นต้องใช้เตียงฝึกยืน สามารถนำไปใช้ในการฝึกยืนหรือฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีผงอีพ็อกซีอบแห้ง
2. ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน
3. มีสเกลอ่านค่าโดยใช้สวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้าควบคุม
4. พื้นรองนอนบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
5. ยกกระดบได้ 0 – 90 องศา โดยใช้ไฟฟ้า
6. ฐานติดล้อ 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
7. ติดเบรก 2 ล้อ สามารถล็อคล้ออยู่กับที่ได้
8. มีฐานรองเท้าแบบปรับองศาข้อเท้าขึ้น-ลงได้
9. มีฟองน้ำรองเท้าแบบปรับองศาข้อเท้าขึ้น-ลงได้
10. มีสายรัด 3 ระดับ สามารถปรับเลื่อนสายรัดได้
11. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 24 x 76 x 34 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง)
12. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัมขึ้นไป
13. กระบอกสูบดันเตียงแบบไฮดรอลิก
14. เตียงสามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้

/เงื่อนไข...

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
 - 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
 - 3.มีคู่มือการใช้งาน
 - 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 - 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้าขนาดผู้ใหญ่ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
-

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถเข็นชนิดนั่งสำหรับเด็ก (ปรับข้าง)

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

รถเข็นชนิดนั่งสำหรับเด็ก (ปรับข้าง) มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นนั่ง (ปรับข้าง) สามารถนำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักรวมของรถเข็นไม่เกิน 7 กิโลกรัม
2. เบาะนั่ง พนักพิงและที่วางแขน ทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC อย่างดี
3. เบาะนั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 36 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมีความสูงจากพื้นประมาณ 45-50 เซนติเมตร
4. ที่วางแขนสามารถถอดและพับข้างได้
5. มีสายรัดเอว เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
6. ที่วางเท้าทำด้วยไฟเบอร์ และสามารถพับขึ้น ปรับสูง - ต่ำได้ ขอบรอบเรียบไม่คม และสามารถหมุนเปียงไปด้านข้างได้
7. ล้อหน้าเป็นล้อยางตัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้าไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
8. วงล้อหลังเป็นชนิดล้อซี่ หรือล้อแม็ค
9. มีระบบห้ามล้อ 2 ระบบ คือ 1) เป็นแบบ Linking pressure ชนิดผลักไปข้างหน้าแล้วล้อหยุด ทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งติดอยู่ทั้ง 2 ข้างรถนั่ง และ 2) แบบ Wire break เป็นแบบมีสาย โดยมีตัวควบคุมเบรกอยู่ที่มือจับช่วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนรถเข็นชนิดนั่งสำหรับเด็ก (ปรับข้าง) ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้
ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต้องใช้ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้ สามารถนำไปใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม
- 2.มีที่จับทำด้วย PVC อย่างนุ่ม พร้อมจุกยางสวมขา 2 ขา หน้า ทนทาน ป้องกันการลื่น
- 3.มีล้อหลัง จำนวน 2 ล้อ
- 4.สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ อย่างน้อย 3 ระดับ

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ถังออกซิเจนขนาด 2 คิว พร้อมหัวเก้จ และรถเข็น
 ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

ถังออกซิเจนขนาด 2 คิว พร้อมหัวเก้จ และรถเข็น

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.ถังออกซิเจน

- 1.1 ถังสีเขียวตามออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 คิว
- 1.2 เป็นถังใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

2.ชุดปรับแรงดันออกซิเจน

- 2.1 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen Regulation) ชนิดฟิสตัน ปรับแรงดันได้ 60 Psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ทำจากทองเหลืองชุบโครเมี่ยมทั้งสองด้าน
- 2.2 ข้อต่อเข้าถังออกซิเจนเป็นชนิดมาตรฐาน CGA 450 มีฟิวเตอร์ที่ปลายข้อต่อแบบทองเหลืองกรองฝุ่นออกจากถัง
- 2.3 มีมาตร (UL-Listed USA) ออกซิเจนแสดงแรงดันภายในถังตั้งแต่ 0-4,000 Psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) พร้อมอักษรเตือน Use No Oil (ห้ามหล่อลื่น)

3.ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)

- 3.1 ปรับอัตราการไหลได้ตั้ง 0 – 3 ลิตรต่อนาที เปิดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 60 ลิตรต่อนาที
- 3.2 Flowmeter มี Serial Number และสอบเทียบผ่านแล้ว พร้อมใบเสนอเทียบ
- 3.3 ข้อต่อได้ Flowmeter แบบ DISS Connection ตัวเรือนทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

4.ขวดเพิ่มความชื้น (Humidifier)

- 4.1 ขวดน้ำทำด้วยพลาสติกใส โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ตกไม่แตก
- 4.2 มีขีดเพื่อบอกระดับการบรรจุน้ำ ระดับสูง และระดับต่ำ ความจุประมาณ 300 ML และสามารถถอดฟิวเตอร์ออกเพื่อล้างทำความสะอาดได้
- 4.3 วาล์วปรับแรงดันให้สัญญาณเตือนเมื่อสายออกซิเจนพันงอ

5.รถเข็นสำหรับวางถังออกซิเจน

- 5.1 รถเข็นมีความกว้างขนาดไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร และสูงไม่ต่ำกว่า 100 เซนติเมตร

5.2 โครงรถทำด้วยท่อกลม ขนาด 7/8 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พ่นสีด้วยระบบ
Double coating

5.3 ที่รัดท่อทำด้วยเหล็กแบนขนาด 5/8*1/8 นิ้ว

5.4 โช้คล้อรัดท่อทำด้วยสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 1*3 เซนติเมตร

5.5 ใส่ล้อยางตันขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนถึงออกซิเจนขนาด 2 คิว พร้อมหัวเกิ้ล และรถเข็นใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ถังออกซิเจนขนาด 6 คิว พร้อมหัวเกจ และรถเข็น
ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

ถังออกซิเจนขนาด 6 คิว พร้อมหัวเกจ และรถเข็น

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติเฉพาะ

1.ถังออกซิเจน

- 1.1 ถังสีเขียวตามออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว
- 1.2 เป็นถังใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

2.ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen Regulator)

- 2.1 ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม หรือนิกเกิล
- 2.2 ข้อต่อเข้าถังออกซิเจนเป็นชนิดมาตรฐาน CGA 540 มี Filter ที่ปลายข้อต่อแบบทองเหลืองกรองฝุ่นผงที่ออกจากถัง
- 2.3 เป็นแบบ Preset ที่ความดันระหว่าง 45-55 Psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)
- 2.4 มีมาตรออกซิเจนแสดงแรงดันภายในถัง ตั้งแต่ 0 – 4,000 Psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) พร้อมอักษรเตือน Use No Oil (ห้ามหล่อลื่น) และแบ่งช่องแสดงสถานะแรงดันในถังนี้ ดังนี้
 - Refill (ช่องสีแดง)
 - Full เพื่อแสดงปริมาณก๊าซในถังที่จะต้องเตรียมเติมก๊าซใหม่

3.ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)

- 3.1 ปรับอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0 – 15 ลิตรต่อนาที
- 3.2 Flowmeter มี Serial Number เป็นการเฉพาะ และต้องผ่านการทดสอบทุกค่าพร้อมเอกสารแสดงผลการทดสอบ (Test Result) ที่ 3,5,8,10,12 LPM = 10% จากผู้ผลิต
- 3.3 หลอด Flowmeter Tube แสดงเป็นก๊าซ Oxygen, Pressure Compensated, Calibrated at 21 C and 50 Psi
- 3.4 ปุ่มปรับการไหลเป็นสีขาวย (Oxygen Colour Code) และ Oxygen Touch Code ตามมาตรฐาน ISO แยกตามความแตกต่างของก๊าซเมื่อได้สัมผัส
- 3.5 ข้อต่อได้ Flowmeter เป็นแบบ DISS Outlet สามารถต่อเข้า Humidifier ธรรมดา หรือ Bubble หรือ Nebulizer ได้

/4. ขวดให้ความ...

4. ขวดให้ความชื้น (Humidifier)

- 4.1 ขวดน้ำทำด้วยพลาสติกแข็งสีขาวใส ตกไม่แตก สามารถบดก๊าซเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ และทำความสะอาดได้สะดวก
- 4.2 มีขีดเพื่อบอกระดับการบรรจุ น้ำ ระดับสูง และระดับต่ำ ความจุประมาณ 200 ML
- 4.3 พิวเตอร์ขวดน้ำสามารถถอดออกเพื่อล้างทำความสะอาดได้
- 4.4 รีลิววาล์วจะทำงานเมื่อการอุดตันทางด้านจ่ายก๊าซออกซิเจนไปยังผู้ป่วยพร้อมมีสัญญาณเรียกเตือน
- 4.5 มีข้อต่อโลหะไม่เป็นสนิม เพื่อเข้ากับชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนและเมื่อต่อเข้าด้วยกันแล้วสามารถหมุนตัวขวดได้รอบโดยไม่มีการรั่วซึมข้อต่อ

5. รถเข็นสำหรับวางท่อออกซิเจน

- 5.1 โครงรถทำด้วยสแตนเลสกลม
- 5.2 มีโซ่คล้องรัดท่อออกซิเจน จำนวน 1 เส้น
- 5.3 ล้อทำด้วยยางตัน

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนถังออกซิเจนขนาด 6 คิว พร้อมหัวเกจ์ และรถเข็นใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

รถเข็นช่วยเดิน

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

รถเข็นช่วยเดิน คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ที่ต้องการเครื่องช่วยเดินเพื่อช่วยผ่อนแรง และเพื่อความปลอดภัย มั่นคงขณะเดินภายนอกบ้าน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงทำจากอลูมิเนียม
2. พับเก็บง่าย สะดวกต่อการเดินทาง
3. มีตะกร้าใส่ของอยู่ใต้ที่นั่ง
4. มีเบรกมือและสามารถล็อกได้
5. มีเบาะนั่งเพื่อความสบาย
6. ที่นั่งผลิตจาก PVC
7. ล้อขนาด 8 นิ้ว
8. โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเคลือบสีอย่างดี
9. ติดตั้งระบบเบรกทั้ง 2 ด้าน และล็อกเบรกได้
10. มีเบรกมือป้องกันการลื่น (เบรก 2 ระบบ)
 - 10.1 เบรกขณะการใช้พยางเดิน
 - 10.2 เบรกเพื่อใช้สำหรับนั่งพัก
11. พนักพิงทรงโค้ง หุ้มด้วยฟิวซี อย่างนุ่ม แข็งแรง
12. สามารถพับเก็บได้
13. ที่นั่งเป็นเบาะหนังสีดำกันน้ำ ยกขึ้นได้ พนักพิงเป็นทรงโค้ง
14. ขนาดที่นั่งกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.
15. ขนาด Rollator กว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.
16. ความสูงของมือจับ ปรับระดับได้ 5 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้
17. น้ำหนัก 8 กก.
18. มีตะกร้าใส่ของเปลี่ยนที่วางได้ สามารถถอดออกได้
19. ล้อมีขนาด 8 นิ้ว เลี้ยวได้สะดวก รับน้ำหนักได้มั่นคง

20.สามารถสืบทอดเวลานั่ง

21.รับประกันสินค้า 1 ปี

เงื่อนไขเฉพาะ

1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน

3.มีคู่มือการใช้งาน

4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนรถเส้นช่วยเดินใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เครื่องช่วยหายใจแบบ Non-Invasive พร้อมจอแสดงการหายใจ
ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เครื่องช่วยหายใจแบบ Non-Invasive พร้อมจอแสดงการหายใจ คุณสมบัติตามที่กำหนด
วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการสนับสนุนในการหายใจ และต้องการเพิ่มการหายใจเพิ่มขึ้น จาก
 การหายใจโดยธรรมชาติของผู้ป่วย

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันเสริมแบบควบคุมด้วยความดันและเวลา
- 2.เป็นเครื่องที่มีส่วนการแสดงผลและมีสัญญาณเตือนเป็นสัญลักษณ์,เสียงและแสง
- 3.มีแผ่นกรองอากาศติดอยู่ด้านหลังของตัวควบคุม เพื่อกรองอากาศสำหรับหายใจให้
ปราศจากสิ่งสกปรกในอากาศ
- 4.มีระบบผลิตอากาศภายในตัวเครื่อง
- 5.ใช้ท่อนำอากาศ (Patients Circuit) แบบท่อเดี่ยวในการนำอากาศสำหรับหายใจเข้าและออก
- 6.มีการ์ดหน่วยความจำภายในเครื่อง และแบบ SD Card สามารถบันทึกข้อมูลได้
- 7.ใช้ไฟฟ้า 110 – 220 VAC 50/60 Hz หรือ 12 VDO ได้
- 8.ผลิตภัณท์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 9.รับประกันคุณภาพ 2 ปี

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน
หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยน
เครื่องช่วยหายใจแบบ Non-Invasive พร้อมจอแสดงการหายใจใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เตียงฝึกยืนเด็กเล็ก (อายุ 3-7 ปี) มือหมุน
ศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เตียงฝึกยืนเด็กเล็ก (อายุ 3-7 ปี) มือหมุน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับฝึกการทรงตัวในผู้ป่วย

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีผงอีพ็อกซีอบแข็ง
2. พื้นรองนอนบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
3. ยกระดับได้ 0-90 องศา โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
4. ฐานติดล้อ 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
5. ติดเบรก 2 ล้อ สามารถล็อคล้ออยู่กับที่ได้
6. มีที่รองเท้าถอดออกได้
7. มีสายรัดตัว 3 แถบ
8. ขนาดความกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า = 18x50x27 นิ้ว (45x12.5x67.5 เซนติเมตร)

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเตียงฝึกยืนเด็กเล็ก (อายุ 3-7 ปี) มือหมุนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

โต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ฝึกการทรงตัวในท่ายืนให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมในการเดิน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยท่อเหล็ก สีอบขนาด ไม่น้อยกว่า 3 ซม. จัดเป็นโครงเพื่อการพยุงตัวในลักษณะยืน
 2. ตัวฐานทำจากไม้ particle board อย่างดี มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 76 ซม.
 3. ความสูงจากพื้นสามารถปรับสูง-ต่ำ ไม่น้อยกว่า 76.5 ซม.
 4. ระหว่างเสาทั้งสองมีผ้า 2 ชั้น รััดประมาณเข้าและสะโพก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 11 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. เพื่อรัดส่วนเอวไว้ติดกับเฟรม
 5. พื้นโต๊ะส่วนบนทำจากไม้ particle board อย่างดี ด้านกว้างมีขนาด ไม่น้อยกว่า 64 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 46.5 ซม. ****
- ขนาด บวก ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว****

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนโต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

โต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่

ศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

โต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ฝึกการทรงตัวในท่ายืนให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมในการเดิน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยท่อเหล็ก สีอบขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. ดัดเป็นโครงเพื่อการพยุงตัวในลักษณะยืน
 2. ชั้นบนสามารถปรับสูง-ต่ำได้ โครงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 85 ซม.
 3. ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 100 ซม.
 4. ระหว่างเสาทั้งสองมีผ้า 2 ชั้น รัดประมาณเข้าและสะโพก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ส่วนบนมีผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว เพื่อรัดส่วนเอวไว้ติดกับเฟรม
 5. พื้นโต๊ะด้านกว้างเท้ามีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยประมาณ
- ** ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว **

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนโต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ

ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับฝึกเดินสำหรับเด็ก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงท่า การลงน้ำหนักสะโพก ขา ข้อเท้า

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.โครงสร้างทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ส่วนมือจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว มีความกว้างระหว่างโครงไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
- 2.สามารถปรับความสูงไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
- 3.มีล้อขนาด ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ ล้อหน้า 2 ล้อ มีเบรกด้วยคันเบรกที่มีมือทั้งสองข้าง
- 4.ล้อหลัง 2 ล้อ เป็นล้อหมุนทางเดียว เพื่อป้องกันการหงายหลัง
- 5.โครงสร้างพ่นสีฝุ่นอบแข็งบางส่วนชุบโครเมียม

ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ชุดฝึกกิจกรรมบำบัดมือ

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

ชุดฝึกกิจกรรมบำบัดมือ เป็นอุปกรณ์บริหารฝึกริ้วมือ เพิ่มความแข็งแรงของการฝึกริ้วมือ
วัตถุประสงค์การใช้งาน

ให้บริการฝึกกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดเพิ่มความแข็งแรงข้อมือและนิ้วมือ
ใช้ฝึกกำลังข้อมือและนิ้วมือโดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กว้างไม่น้อยกว่า 38.3 ซม. (15.32 นิ้ว)
 2. ยาวไม่น้อยกว่า 54.3 ซม. (21.72 นิ้ว)
 3. สูงไม่น้อยกว่า 12.3 ซม. ไม่เกิน (4.92 นิ้ว)
- **ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว**

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนชุดฝึกกิจกรรมบำบัดมือใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สเก็ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน (Hand skateboard)

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

สเก็ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

อุปกรณ์ทางกายภาพสำหรับเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ แขน ขา ในผู้ป่วยระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 14 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 27 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 5 ซม.
 - 2.ผลิตจากเมมโมรี เนื้อแข็ง เกรด A
 - 3.มีล้อ 4 ล้อ ช่วยในการเคลื่อนไหว สายรัดทั้ง 2 ปรับกระชับได้
 - 4.ล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- **ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว**

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนสเก็ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน (Hand skateboard) ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้
 ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

โต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยนั่งรถเข็นและสามารถฝึกทำกิจกรรมทางมือ (Upper Limb)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างส่วนล่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.25 นิ้ว ปลายขาเมียขารองกันล้อสามารถปรับวางขาทั้งสองด้าน ได้สนิทแนบพื้น ขาโต๊ะปรับสูงต่ำได้เพื่อให้หน้าโต๊ะเอียงเหมาะสมกับการใช้งาน ขาบางส่วนทำด้วยสแตนเลสเพื่อความคงทน
2. หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ ปิดขอบยางรองโต๊ะขอบโต๊ะยกสูงเล็กน้อยเพื่อกันของตก หน้าโต๊ะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 39.5 นิ้ว ด้านหลังเว้าโค้งลึกไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
3. สามารถปรับระดับความสูง ของโต๊ะได้ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (ต่ำสุด 31 นิ้ว สูงสุด 41 นิ้ว) ระหว่างขาหน้าและขาหลังปรับระยะอิสระเพื่อความลาดเอียงหน้าโต๊ะ
4. สามารถพับเก็บได้ไม่เปลืองเนื้อที่ **ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว**

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนโต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้ ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เข็มขัดช่วยพยุง

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เข็มขัดช่วยพยุง

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการช่วยพยุงเพิ่มความมั่นคง ปลอดภัย ขณะฝึกยืน และเคลื่อนย้ายตัว

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ตัวเข็มขัดมีที่จับหลายที่เพื่อให้เหมาะสมในการจับแต่ยังกิจกรรม
2. วัสดุเข็มขัดบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าสักหลาดเทียมกำมะหยี่แฮยวิช (แบบมีฟองน้ำกับผ้าติดกัน) ขลับขอบเข็มขัดด้วยเชือกสปีนทอ ด้ามจับหุ้มด้วยสายยางหุ้มเชือกสปีนทอ ปลายเข็มขัดมีการติด รัตแบบ 2 ชั้น โดยชั้นแรกเป็นแถบตีนตุ๊กแกและชั้นที่สองเป็นตัวล็อกแบบกำมปู

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเข็มขัดช่วยพยุงใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถสามล้อโยก

ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ด้านการแพทย์และกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

รถสามล้อโยก

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการสัญจรการเดินทางด้วยตนเอง สำหรับผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างหลักทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการคอบสี ป้องกันสนิม สีทนทานไม่หลุดร่อน
2. เบาะนั่งทำจากฟองน้ำ หุ้มหนังเทียมกันน้ำได้ หนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
3. ที่วางแขนกรุด้วยโฟม หุ้มด้วยหนังเทียมกันน้ำได้
4. ด้ามยกมีความแข็งแรง บริเวณที่จับมือบล็อกหุ้ม คันโยกสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตัวขึ้นและลงของผู้พิการ
5. ล้อหน้ามีเบรกมือ 1 ชุด ควบคุมเบรกที่มือจับ
6. ล้อหน้าและล้อหลังขนาดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร
7. มีกระดิ่ง ส่งสัญญาณเสียงเตือน เพื่อความปลอดภัย
8. มีตะกร้าใส่สัมภาระด้านหน้า 1 ใบ
9. ระบบคันโยกประกอบด้วยสลักปีกปั่นชนิดตึกตายน้อย 2 ชุด
10. ระบบส่งกำลังประกอบด้วยลูกปั่นชนิดตึกตายน้อย 6 ชุด
11. ระบบคุมล้อ และเพลลาแบบงานกลึง สกรูเกลียว และน็อตยึด เพื่อการถอดเปลี่ยนอะไหล่หลังได้ง่าย

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนรถสามล้อโยกใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น