



ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การกำหนดรายการ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์
สำหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปันสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การกำหนดรายการ
ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปันสุข
พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟู
สมรรถภาพในระดับชุมชนและที่บ้านให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๒) (ข) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การกำหนดรายการ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปันสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ รายการลำดับที่ ๖ ชุดเตียงซัสเพนชัน (Suspension unit)
แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การกำหนดรายการ ราคากลาง และ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ปันสุข พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความในข้อ ๓ รายการลำดับที่ ๒๐ ถึง รายการลำดับที่ ๓๒ โดยมีรายละเอียด
การกำหนดรายการ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
หรือศูนย์ปันสุข ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๕ นอกเหนือจากการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางธัญพร มุ่งเจริญพร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การกำหนดรายการ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์
สำหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ป็นสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

การกำหนดรายการ ราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
สุขใจใกล้บ้าน หรือศูนย์ป็นสุข

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	เตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่	เตียง	๔๕,๐๐๐	
๒๑	รถเข็นชนิดนั่งปรับข้าง	คัน	๕,๕๐๐	
๒๒	ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังแบบปรับระดับได้	ชุด	๕,๕๐๐	
๒๓	เตียงฝึกยืนเด็กเล็ก (อายุ ๓-๗ ปี) มือหมุน	เตียง	๓๕,๐๐๐	
๒๔	โต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก	โต๊ะ	๑๗,๐๐๐	
๒๕	โต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่	โต๊ะ	๑๗,๐๐๐	
๒๖	เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา มีล้อ	เครื่อง	๑๑,๐๐๐	
๒๗	สเก็ทบอร์ดเพิ่มกำลังแขน	อัน	๒,๑๐๐	
๒๘	ชุดฝึกกิจกรรมบำบัดมือ	ชุด	๘,๕๐๐	
๒๙	โต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้	โต๊ะ	๒๕,๐๐๐	
๓๐	เข็มขัดช่วยพยุง	อัน	๙๕๐	
๓๑	หม้อต้มแผ่นร้อนขนาด ๘ แผ่น	ชุด	๕๔,๐๐๐	
๓๒	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า	เครื่อง	๙๐,๐๐๐	

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เตียงฝึกยืนปรับองศาได้โดยใช้ไฟฟ้า มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่จำเป็นต้องใช้เตียงฝึกยืน สามารถนำไปใช้ในการฝึกยืนหรือฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีผงอีพ็อกซีอบแห้ง
2. ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน
3. มีสเกลอ่านค่าโดยใช้สวิทช์มอเตอร์ไฟฟ้าควบคุม
4. พื้นรองนอนบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
5. ยกกระดืบได้ 0.90 องศา โดยใช้ไฟฟ้า
6. ฐานติดล้อ 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
7. ติดเบรก 2 ล้อ สามารถล็อคล้ออยู่กับที่ได้
8. มีฐานรองเท้าแบบปรับองศาข้อเท้าขึ้น-ลงได้
9. มีฟองน้ำรองเท้าแบบปรับองศาข้อเท้าขึ้น-ลงได้
10. มีสายรัดตัว 3 ระดับ สามารถปรับเลื่อนสายรัดได้
11. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 24x76x34 นิ้ว (กว้างxยาวxสูง)
12. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัมขึ้นไป
13. กระบอกสูบดันเตียงแบบเกียร์มอเตอร์
14. เตียงสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกันหากเตียงมีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเตียงใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

รถเข็นชนิดนั่ง

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

รถเข็นนั่งผู้ป่วย (ปรับข้าง) มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นชนิดนั่ง (ปรับข้าง) สามารถนำไปใช้ในกรณีเคลื่อนย้ายหรือฟื้นฟูสมรรถภาพที่วันได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์
2. เบาะนั่ง พนักพิงและที่วางแขน ทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์ เคลือบด้วย PVC อย่างดี
3. เบาะนั่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมีความสูงจากพื้นประมาณ 45 - 50 เซนติเมตร
4. ที่วางแขนสามารถถอดและพับข้างได้
5. มีสายรัดเอว เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
6. ที่วางเท้าทำด้วยไฟเบอร์ และสามารถพับขึ้น ปรับสูง - ต่ำได้ ขอบรอบเรียบไม่คม และสามารถหมุนเบี่ยงไปด้านข้างได้
7. ล้อหน้าเป็นล้อยางตัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
8. วงล้อหลังเป็นชนิดล้อซี่หรือล้อแม็ก มีข้อไม่น้อยกว่า 36 ซี่ มีขนาดวงล้อไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
9. มีระบบห้ามล้อ 2 ระบบ คือ 1) เป็นแบบ Linking pressure ชนิดผลักไปข้างหน้าแล้วล้อหยุด ทำด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งติดอยู่ทั้ง 2 ข้างรถนั่ง และ 2) แบบ Wire break เป็นแบบมีสาย โดยมีตัวควบคุมเบรกอยู่ที่มือจับช่วยขึ้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
10. สายรองรับนั่งทำจากผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC หรือ PC สามารถถอดออกได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกันหากเตียงมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนรถเข็นใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังแบบปรับระดับได้(ขนาดใหญ่,กลาง,เล็ก)

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้ มีความมั่นคงแข็งแรง คุณสมบัติตามที่กำหนด
วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต้องใช้ที่ฝึกเดินชนิดมีล้อ
ด้านหลังสำหรับเด็กแบบปรับระดับได้ สามารถนำไปใช้ฝึกเดินฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้

คุณลักษณะทั่วไป

ที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้ ชนิด 4 ขา แบบมีล้อ มีความมั่นคงแข็งแรง

เหตุผลและความจำเป็น

ที่ฝึกเดินเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย ซึ่งในระบบปัจจุบันมีอุปกรณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจาก
ขนาดมาตรฐานนั้นใช้ได้กับผู้ใหญ่ (รูปร่างใหญ่) สามารถปรับระดับได้ แต่เด็กเล็กยังไม่สามารถใช้
งานได้ ทำให้ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการเดินหรือเคลื่อนย้าย และไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
จึงขอเพิ่มอุปกรณ์ดังกล่าวในรายการอุปกรณ์ของศูนย์สาธิตและยืมฯ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม
2. มีที่จับทำด้วย PVC อย่างนุ่ม พร้อมจุกยางสวมขา 2 ขาหน้า ทนทาน ป้องกันการลื่น
3. มีล้อหลัง จำนวน 2 ล้อ
4. สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ อย่างน้อย 3 ระดับ

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ ในระยะประกันหากเตียง
มีปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง
2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนรถเข็นใหม่ให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เตียงฝึกเด็กเล็ก (อายุ 3-7 ปี) มือหมุน
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เตียงฝึกยืนแบบใช้มือหมุนสำหรับเด็ก

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับฝึกการทรงตัวในผู้ป่วย

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.ทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีผงอีพ็อกซี่อบแข็ง
- 2.พื้นรองนอนบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม
- 3.ยกระดับได้ 0-90 องศา โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- 4.ฐานติดล้อ 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
- 5.ติดเบรก 2 ล้อ สามารถล็อคล้ออยู่กับที่ได้
- 6.มีที่รองเท้าถอดออกได้
- 7.มีสายรัดตัว 3 แถบ
- 8.ขนาดความกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า =18x50x27 นิ้ว (45x12.5x67.5 เซนติเมตร)

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเตียงฝึกเด็กเล็ก (Tilt Table Children Size (Under 3-7 year old)) ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

โต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

โต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ฝึกการทรงตัวในท่ายืนให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมในการเดิน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.โครงสร้างทำด้วยท่อเหล็ก สีอบขนาด ไม่น้อยกว่า 3 ซม. จัดเป็นโครงเพื่อการพยุงตัวในลักษณะยืน
- 2.ตัวฐานทำจากไม้ particle board อย่างดี มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 76 ซม
- 3.ความสูงจากพื้นสามารถปรับสูง-ต่ำ ไม่น้อยกว่า 76.5 ซม
- 4.ระหว่างเสาทั้งสองมีผ้า 2 ชั้น รััดประมาณเข้าและสะโพก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 11 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. เพื่อรัดส่วนเอวไว้ติดกับเฟรม
- 5.พื้นโต๊ะส่วนบนทำจากไม้ particle board อย่างดี ด้านกว้างมีขนาด ไม่น้อยกว่า 64 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 46.5 ซม.**** ขนาด บวก ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว****

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนโต๊ะฝึกการทรงตัวเด็ก ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

โต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

โต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ฝึกการทรงตัวในท่ายืนให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมในการเดิน

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.โครงสร้างทำด้วยท่อเหล็ก สีสบขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. ดัดเป็นโครงเพื่อการพยุงตัวในลักษณะยืน
 - 2.ชั้นบนสามารถปรับสูง-ต่ำได้ โครงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 68 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 85 ซม.
 - 3.ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 100 ซม.
 - 4.ระหว่างเสาทั้งสองมีผ้า 2 ชั้น รัดประมาณเข้าและสะโพก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ส่วนบนมีผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว เพื่อรัดส่วนเอวไว้ติดกับเฟรม
 - 5.พื้นโต๊ะด้านกว้างเข้ามีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยประมาณ
- ** ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว **

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนโต๊ะฝึกการทรงตัวผู้ใหญ่ ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา มีล้อ

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เครื่องช่วยฝึกเดินแบบมีล้อ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับฝึกเดินสำหรับเด็ก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงท่า การลงน้ำหนักสะโพก ขา ข้อเท้า

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ส่วนมือจับทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว มีความกว้างระหว่างโครงไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
2. สามารถปรับความสูงไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
3. มีล้อขนาด ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ ล้อหน้า 2 ล้อ มีเบรกด้ายคันเบรกที่มีมือทั้งสองข้าง
4. ล้อหลัง 2 ล้อ เป็นล้อหมุนทางเดียว เพื่อป้องกันการหงายหลัง
5. โครงสร้างพ่นสีฝุ่นอบแข็งบางส่วนชุบโครเมียม

ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยเดินพนักได้ ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สเก็ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน (Hand skateboaed)

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

สเก็ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

อุปกรณ์ทางกายภาพสำหรับเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ แขน ขา ในผู้ป่วยระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 14 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 27 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 5 ซม.
- 2.ผลิตจากเมมโมรี เนื้อแข็ง เกรด A
- 3.มีล้อ 4 ล้อ ช่วยในการเคลื่อนไหว สายรัดทั้ง 2 ปรับกระชับได้
- 4.ล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ซม.

ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนสเก็ตบอร์ดเพิ่มกำลังแขน (Hand skateboaed) ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ชุดฝึกกิจกรรมบำบัดมือ

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เป็นอุปกรณ์บริหารฝึกนิ้วมือ เพิ่มความแข็งแรงของการฝึกนิ้วมือ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ให้บริการฝึกกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดเพิ่มความแข็งแรงข้อมือและนิ้วมือ
ใช้ฝึกกำลังข้อมือและนิ้วมือโดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กว้างไม่น้อยกว่า 38.3 ซม. (15.32 นิ้ว)
 2. ยาวไม่น้อยกว่า 54.3 ซม. (21.72 นิ้ว)
 3. สูงไม่น้อยกว่า 12.3 ซม. ไม่เกิน (4.92 นิ้ว)
- **ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว**

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนชุดกล่องกิจกรรมฝึกมือ/อุปกรณ์บริหารฝึกนิ้วมือ ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

โต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยนั่งรถเข็นและสามารถฝึกทำกิจกรรมทางมือ (Upper Limb)

คุณสมบัติเฉพาะ

1. โครงสร้างส่วนล่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.25 นิ้ว ปลายขาามียางรองกันลื่นสามารถปรับวางขาทั้งสองด้าน ได้สนิทแนบพื้น ขาโต๊ะปรับสูงต่ำได้เพื่อให้หน้าโต๊ะเอียงเหมาะสมกับการใช้งาน ขาบางส่วนทำด้วยสแตนเลสเพื่อความคงทน
2. หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ ปิดขอบยางรองโต๊ะขอบโต๊ะยกสูงเล็กน้อยเพื่อกันของตก หน้าโต๊ะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 39.5 นิ้ว ด้านหลังเว้าโค้งลึกไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
3. สามารถปรับระดับความสูง ของโต๊ะได้ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (ต่ำสุด 31 นิ้ว สูงสุด 41 นิ้ว) ระหว่างขาหน้าและขาหลังปรับระยะอิสระเพื่อความลาดเอียงหน้าโต๊ะ
4. สามารถพับเก็บได้ไม่เปลืองเนื้อที่ **ขนาด บวก-ลบ ไม่เกิน 1 นิ้ว**

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
3. มีคู่มือการใช้งาน
4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
5. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกัน หากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนโต๊ะกิจกรรมขอบเว้าปรับระดับและเอียงได้ ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เข็มขัดช่วยพยุง

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เข็มขัดช่วยพยุง

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการช่วยพยุงเพิ่มความมั่นคง ปลอดภัย ขณะฝึกยืน และเคลื่อนย้ายตัว

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.ตัวเข็มขัดมีที่จับหลายที่เพื่อให้เหมาะสมในการจับแต่ละกิจกรรม
- 2.วัสดุเข็มขัดบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าสักหลาดเทียมก้ำมะหยี่แฮยวิช(แบบมีฟองน้ำกับผ้าติดกัน) ขลับขอบเข็มขัดด้วยเชือกสปันทอ ด้ามจับหุ้มด้วยสายยางหุ้มเชือกสปันทอ ปลายเข็มขัดมีการติดรัดแบบ 2 ชั้น โดยชั้นแรกเป็นแถบตีนตุ๊กแกและชั้นที่สอง เป็นตัวล็อกแบบก้ำมปู

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกันหากมีปัญหาลูกค้าต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เข็มขัดช่วยพยุง ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หม้อต้มแผ่นร้อนขนาด 8 แผ่น

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

หม้อต้มแผ่นประคบร้อน แบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมแผ่นประคบร้อน 8 แผ่น

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ต้มแผ่นให้ความร้อนชนิดตื้นในการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการอักเสบ ลดอาการปวด
เพิ่มการไหลเวียนโลหิต

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.เป็นถึงสี่เหลี่ยมทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร พร้อมทั้งมีฉนวนกันความร้อน
กันอยู่ระหว่างกลางของตัวถังและมีฝาปิด และมี Timer Switch
- 2.ขนาดภายในไม่น้อยกว่า 35 cm x 60 cm x 55 cm (กว้างxยาวxสูง)
- 3.ขนาดภายในไม่น้อยกว่า 45 cm x 70 cm x 75 cm (กว้างxยาวxสูง)
- 4.ควบคุมอุณหภูมิด้วย Digital Temperature control ด้วยระบบ UNITY-EC แบบดิจิตอล
สามารถควบคุมอุณหภูมิ 0 ถึง 400 องศา
- 5.ใช้ไฟฟ้า 220 v 50 Hz ให้กำลังไฟฟ้า 2,500 w
- 6.มีสวิตช์ ปิด-เปิด เบรกเกอร์ ฟิวส์ เพื่อป้องกันผู้ใช้งานขณะเกิดไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร
- 7.แสดงผลหน้าจอเป็นดิจิตอลบอกอุณหภูมิ และมีหลอดไฟสถานะของเครื่อง มีสัญญาณไฟเตือน
เมื่ออุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้ ตัว Heater ทำจาก SUS316L เป็นวัสดุที่ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี
และสนิม ตัวลวด Heater เคลือบด้วยสาร ยูเอสทีลไวร์
- 8.เป็นถึงสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm
- 9.ตัวถังมีล้อเลื่อนไปมาได้สะดวกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 cm
- 10.มีวาล์วระบายน้ำออก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 cm
- 11.ผนังของถังทำเป็น 2 ชั้น มีฉนวนกันความร้อนกันอยู่ระหว่างกลางเป็น Micro Fiber
- 12.ฝาปิดทำเป็น 2 ชั้น มีฉนวนกันความร้อนกันอยู่ระหว่างกลางเป็น Micro Fiber
- 13.มีตระแกรง สแตนเลสเกรด 304 (สามารถถอดออกได้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดตระ
แกรง ประมาณ 4.5 มิลลิเมตร
- 14.ภายในหม้อทำเป็นรูปทรงโค้ง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกันหากมี
ปัญหาผู้ขายต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งหากแก้ไข
แล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์
เสริมชุดช่วยพยุง ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์

ความต้องการ

เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมทั้งกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

คุณสมบัติเฉพาะ

- 1.สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้า 2 ช่องสัญญาณ ซึ่งสามารถแยกใช้งานปรับค่าความเข้มได้อย่างอิสระโดยใช้กับคนไข้คนเดียว หรือกับคนไข้สองคนในเวลาเดียวกัน
- 2.ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครเซสเซอร์
- 3.การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า สามารถเลือกใช้กระแสไฟฟ้าได้ 32 รูปแบบ
- 4.สามารถปรับการใช้งานระหว่าง constant current (cc) และ constant voltage (cv) ได้
- 5.มีโปรแกรมสำเร็จรูป (therapeutic Protocol)
- 6.มีโปรแกรม Electrodiagnostic point detection , accommodation coefficient และ I/t curve

เงื่อนไขเฉพาะ

- 1.เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 2.เป็นสินค้าได้มาตรฐาน
- 3.มีคู่มือการใช้งาน
- 4.กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 5.ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของครบ ในระยะประกันหากมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมชุดช่วยพยุง ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น